

Kirurgisk Klinik Amager
Speciallæge German Sofin
Kamillevej 4-6, st. 2.
2770 Kastrup

CERTIFIKAT

marts - 2023

Testresultat:

Forsendelse nr: 85418

Vi har gennemført dyrkningen af 1 sæt biologiske indikatorer, indlagt i Deres **Autoklave** den 15. marts 2023

Testresultat for de 3 biologiske indikatorer:

Placering	Ikke godkendt	Godkendt
1:		✓
2:		✓
3:		✓

Dyrkningen blev udført i mindst 2*44 timer i næringssubstrat Tryptic Soy Broth.

Sterilisationen har været effektiv med en drabseffekt på:

- 1: 10^6 eller bedre overfor sporer af *Bacillus atrophaeus*, og
- 1: 10^5 eller bedre overfor sporer af *Geobacillus stearothermophilus*

og kan dermed godkendes. Denne test indgår i en løbende kontrol med ovennævnte autoklave/sterilisator og udføres hver 3. måned.



Gevninge, den 24. marts 2023

Mette Ahrenst
Laborant